

分析报告单



品名: 抗坏血酸
批号: 20150614
级别: 分析纯
检验依据: GB/T 15347-1994
分子式: $C_6H_8O_6$
分子量: 176.13
检验日期: 2015-06-14

检 验 项 目	分析纯	化学纯	检验结果
含量($C_6H_8O_6$)	$\geq 99.7\%$		99.7%
比旋光度 $[\alpha]_D^{20}$	$+20.5^\circ \sim +21.5^\circ$		合格
澄清度试验	合格3#		合格
灼烧残渣(以硫酸盐计)	$\leq 0.05\%$		$< 0.05\%$
干燥失重	$\leq 0.1\%$		$< 0.1\%$
氯化物(Cl)	$\leq 0.005\%$		$< 0.005\%$
硫酸盐(SO_4)	$\leq 0.002\%$		$< 0.002\%$
铁(Fe)	$\leq 0.0002\%$		$< 0.0002\%$
重金属(以Pb计)	$\leq 0.001\%$		$< 0.001\%$

结论: 符合分析纯规定。

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 周一朗

检验人: 李利飞