

分析报告单



品名: 无水乙酸钠  
批号: 20160111  
级别: 分析纯  
检验依据: GB/T 694-2015  
分子式:  $\text{CH}_3\text{COONa}$   
分子量: 82.03  
检验日期: 2016-01-11

检 验 项 目	分析纯	化学纯	检验结果
含量( $\text{CH}_3\text{COONa}$ )	$\geq 99.0\%$	$\geq 98.5\%$	99.8%
pH值(50g/L, 25℃)	7.5~9.0	7.5~9.0	合格
澄清度试验/号	$\leq 3$	$\leq 5$	<3
水不溶物	$\leq 0.005\%$	$\leq 0.01\%$	<0.005%
氯化物(Cl)	$\leq 0.002\%$	$\leq 0.005\%$	<0.002%
硫酸盐( $\text{SO}_4$ )	$\leq 0.003\%$	$\leq 0.01\%$	<0.003%
磷酸盐( $\text{PO}_4$ )	$\leq 0.0005\%$	$\leq 0.001\%$	<0.0005%
镁(Mg)	$\leq 0.0005\%$	$\leq 0.001\%$	<0.0005%
铝(Al)	$\leq 0.001\%$	$\leq 0.002\%$	<0.001%
钙(Ca)	$\leq 0.005\%$	$\leq 0.005\%$	<0.005%
铁(Fe)	$\leq 0.0005\%$	$\leq 0.001\%$	<0.0005%
重金属(以Pb计)	$\leq 0.001\%$	$\leq 0.002\%$	<0.001%

结论: 符合分析纯规定。

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 周一朗

检验人: 李利飞