

分析报告单
检验专用章
(1)

品 名: 甲基红
批 号: 20170305
级 别: 指示剂
检验依据: HG/T 3449-2012
分 子 式: $C_{15}H_{15}O_2N_3$
分 子 量: 269.30
检验日期: 2017-03-05

检 验 项 目	指 标	检 验 结 果
pH变色域	4.5(红)~6.2(黄)	合格
最大吸收波长, nm		
λ_1 (pH=4.5)	523~528	合格
λ_2 (pH=6.2)	427~437	合格
质量吸收系数 α (L/cm·g)		
α_1 (λ_1 , pH=4.5, 干样)	≥ 130	> 130
α_2 (λ_2 , pH=6.2, 干样)	≥ 70	> 70
乙醇溶解试验	合格	合格
干燥失重	$\leq 1.0\%$	$< 1.0\%$
灼烧残渣(以硫酸盐计)	$\leq 0.2\%$	$< 0.2\%$

结论: 符合指示剂规定。

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 周一朗

检验人: 徐佳璇