



品 名： 溴酚蓝
批 号： 20200219
级 别： 指示剂
检验依据： HG/T 4099-2009
分子 式： $C_{19}H_{10}O_5Br_4S$
分子 量： 669.96
检验日期： 2020-02-19

检验项目	指标	检验结果
pH变色域	3.0(黄)~4.6(蓝紫)	合格
质量吸收系数, L/(cm·g)	≥ 115	>115
乙醇溶解试验	合格	合格
灼烧残渣(以硫酸盐计), %	≤ 0.25	<0.25
以下空白		

结论： 本品按 HG/T 4099-2009 检验,结果符合 指示剂 规定.

备注:

签发人： 张志斌

复核人： 周一朗

检验人： 许伟龙