



品 名： 中性红
批 号： 20200809
级 别： 指示剂
检验依据： Q/GHKJ 289-2017
分 子 式： $C_{15}H_{17}ClN_4$
分 子 量： 288.78
检验日期： 2020-08-09

检验项目	指标	检验结果
pH变色域	6.8(红)~8.0(黄)	合格
灵敏度试验	合格	合格
乙醇溶解试验	合格	合格
灼烧残渣(以硫酸盐计), %	≤ 2.0	< 2.0
以下空白		

结论： 本品按 Q/GHKJ 289-2017 检验, 结果符合 指示剂 规定.

备注:

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 李利飞