



## 分析报告单

品名: 无水氯化钙  
批号: 20220414  
级别: 分析纯  
检验依据: HG/T 5349-2018  
分子式:  $\text{CaCl}_2$   
分子量: 110.98  
检验日期: 2022-04-14

检验项目	指标	检验结果
含量( $\text{CaCl}_2$ ), %	$\geq 96.0$	97.0
pH值(50g/L; 25°C)	8.0~10.0	合格
澄清度试验, 号	$\leq 4$	<4
硫酸盐( $\text{SO}_4$ ), %	$\leq 0.02$	<0.02
硝酸盐( $\text{NO}_3$ ), %	$\leq 0.005$	<0.005
磷酸盐( $\text{PO}_4$ ), %	$\leq 0.001$	<0.001
砷(As), %	$\leq 0.0003$	<0.0003
钠(Na), %	$\leq 0.1$	<0.1
镁(Mg), %	$\leq 0.1$	<0.1
钾(K), %	$\leq 0.01$	<0.01
铁(Fe), %	$\leq 0.001$	<0.001
铜(Cu), %	$\leq 0.0002$	<0.0002
锌(Zn), %	$\leq 0.01$	<0.01
锶(Sr), %	$\leq 0.05$	<0.05
钡(Ba)	合格	合格
重金属(以Pb计), %	$\leq 0.001$	<0.001
以下空白		

结论: 本品按HG/T 5349-2018检验, 结果符合分析纯规定。

备注:

签发人: 洪朝辉

复核人: 周一朗

检验人: 黄新梅